

Table d'équivalence entre les degrés de l'aéromètre Baumé,
 les densités et la concentration
 de soude (NaOH)

°baumé	densimètre	Concentration de soude en g/l	Concentration de soude en %
1,0	1006,9	6,8	0,7
1,1	1007,6	7,5	0,8
1,2	1008,3	8,3	0,8
1,3	1009,0	9,0	0,9
1,4	1009,7	9,7	1,0
1,5	1010,4	10,5	1,0
1,6	1011,2	11,2	1,1
1,7	1011,9	11,9	1,2
1,8	1012,6	12,6	1,3
1,9	1013,3	13,4	1,3
2,0	1014,0	14,1	1,4
2,1	1014,7	14,8	1,5
2,2	1015,4	15,6	1,6
2,3	1016,2	16,3	1,6
2,4	1016,9	17,0	1,7
2,5	1017,6	17,8	1,8
2,6	1018,3	18,5	1,8
2,7	1019,0	19,2	1,9
2,8	1019,7	19,9	2,0
2,9	1020,4	20,7	2,1
3,0	1021,2	21,4	2,1
3,1	1021,9	22,1	2,2
3,2	1022,6	22,9	2,3
3,3	1023,3	23,6	2,4
3,4	1024,0	24,3	2,4
3,5	1024,7	25,1	2,5
3,6	1025,5	25,8	2,6
3,7	1026,2	26,5	2,7
3,8	1026,9	27,2	2,7
3,9	1027,6	28,0	2,8
4,0	1028,3	28,7	2,9
4,1	1029,0	29,4	2,9
4,2	1029,7	30,2	3,0
4,3	1030,5	30,9	3,1
4,4	1031,2	31,6	3,2
4,5	1031,9	32,4	3,2
4,6	1032,6	33,1	3,3
4,7	1033,3	33,8	3,4
4,8	1034,0	34,5	3,5
4,9	1034,7	35,3	3,5
5,0	1035,5	36,0	3,6
5,1	1036,2	36,7	3,7
5,2	1036,9	37,5	3,7
5,3	1037,6	38,2	3,8