

Table d'équivalence entre les degrés de l'aéromètre Baumé,
 les densités et la concentration
 de sel (NaCl)

° Baumé	densimètre	Concentration de sel en g/l	Concentration de sel en %
0,00	1 000,0	0	0,0
0,10	1 000,7	1	0,1
0,20	1 001,4	2	0,2
0,30	1 002,1	3	0,3
0,40	1 002,8	4	0,4
0,50	1 003,5	5	0,5
0,60	1 004,2	6	0,6
0,70	1 004,9	7	0,7
0,80	1 005,6	8	0,8
0,90	1 006,3	9	0,9
1,00	1 007,0	10	1,0
1,10	1 007,7	11	1,1
1,20	1 008,4	12	1,2
1,30	1 009,1	13	1,3
1,40	1 009,8	14	1,4
1,50	1 010,5	15	1,5
1,60	1 011,2	16	1,6
1,70	1 011,9	17	1,7
1,80	1 012,6	18	1,8
1,90	1 013,3	19	1,9
2,00	1 014,1	20	2,0
2,10	1 014,8	21	2,1
2,20	1 015,5	22	2,2
2,30	1 016,2	23	2,3
2,40	1 016,9	24	2,4
2,50	1 017,7	25	2,5
2,60	1 018,4	26	2,6
2,70	1 019,1	27	2,7
2,80	1 019,8	28	2,8
2,90	1 020,5	29	2,9
3,00	1 021,2	30	3,0
3,10	1 021,9	31	3,1
3,20	1 022,7	32	3,2
3,30	1 023,4	33	3,3
3,40	1 024,1	34	3,4
3,50	1 024,9	36	3,6
3,60	1 025,6	37	3,7
3,70	1 026,3	38	3,8
3,80	1 027,0	39	3,9
3,90	1 027,8	40	4,0
4,00	1 028,5	41	4,1
4,10	1 029,2	42	4,2
4,20	1 030,0	43	4,3
4,30	1 030,7	44	4,4
4,40	1 031,5	45	4,5
4,50	1 032,2	46	4,6
4,60	1 032,9	47	4,7
4,70	1 033,7	48	4,8
4,80	1 034,4	49	4,9
4,90	1 035,2	50	5,0

Table d'équivalence entre les degrés de l'aéromètre Baumé,
 les densités et la concentration
 de sel (NaCl)

° Baumé	densimètre	Concentration de sel en g/l	Concentration de sel en %
5,00	1 035,9	51	5,1
5,10	1 036,7	52	5,2
5,20	1 037,4	53	5,3
5,30	1 038,2	55	5,5
5,40	1 038,9	56	5,6
5,50	1 039,7	57	5,7
5,60	1 040,4	58	5,8
5,70	1 041,2	59	5,9
5,80	1 041,9	60	6,0
5,90	1 042,7	61	6,1
6,00	1 043,4	62	6,2
6,10	1 044,2	63	6,3
6,20	1 044,9	64	6,4
6,30	1 045,7	65	6,5
6,40	1 046,4	66	6,6
6,50	1 047,2	67	6,7
6,60	1 048,0	69	6,9
6,70	1 048,7	70	7,0
6,80	1 049,5	71	7,1
6,90	1 050,2	72	7,2
7,00	1 051,0	73	7,3
7,10	1 051,8	74	7,4
7,20	1 052,5	75	7,5
7,30	1 053,3	76	7,6
7,40	1 054,1	77	7,7
7,50	1 054,9	78	7,8
7,60	1 055,6	79	7,9
7,70	1 056,4	81	8,1
7,80	1 057,2	82	8,2
7,90	1 057,9	83	8,3
8,00	1 058,7	84	8,4
8,10	1 059,5	85	8,5
8,20	1 060,3	86	8,6
8,30	1 061,0	87	8,7
8,40	1 061,8	88	8,8
8,50	1 062,6	89	8,9
8,60	1 063,4	91	9,1
8,70	1 064,2	92	9,2
8,80	1 064,9	93	9,3
8,90	1 065,7	94	9,4
9,00	1 066,5	95	9,5
9,10	1 067,3	96	9,6
9,20	1 068,1	97	9,7
9,30	1 068,9	98	9,8
9,40	1 069,7	100	10,0
9,50	1 070,5	101	10,1
9,60	1 071,2	102	10,2
9,70	1 072,0	103	10,3
9,80	1 072,8	104	10,4
9,90	1 073,6	105	10,5

Table d'équivalence entre les degrés de l'aéromètre Baumé,
les densités et la concentration
de sel (NaCl)

° Baumé	densimètre	Concentration de sel en g/l	Concentration de sel en %
10,00	1 074,5	106	10,6
10,10	1 075,3	108	10,8
10,20	1 076,1	109	10,9
10,30	1 076,9	110	11,0
10,40	1 077,7	111	11,1
10,50	1 078,5	112	11,2
10,60	1 079,3	113	11,3
10,70	1 080,1	114	11,4
10,80	1 080,9	116	11,6
10,90	1 081,7	117	11,7
11,00	1 082,5	118	11,8